

设备操作

启动Motion开关后，LIX会突然流失一些，或者出现断层？

- (1) 在LIX灌注时可以来回多抽拉几次，使LIX和传感器接触更充分。
- (2) 传感器在传感器固定架中，保持稳定，不要有晃动。

(唯一的)问答 ID: #1100

作者: xuyuenmt

更新时间：2022-07-19 04:47