

## 设备操作

### “ Calibration ” 显示灰色无法点击怎么办？

在菜单栏中找到 “ Technique(RawA/D) ” ,在下拉菜单中找到 “ ISP/PVP选取相应的采样规则即可。

(唯一的)问答 ID: #1115

作者: xuyuenmt

更新时间：2022-07-19 04:48